

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Lubartów, dn. 01 wrzesień 2022 r.

Znak postępowania: GO-EFS.3411.5.2022

ZAMAWIAJĄCY:

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie,
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów**

NIP: 714-10-78-580, REGON: 004174441

tel.: 81 855 20 13, tel.: 81 854 59 10, tel.: 81 854 59 09

Adres poczty elektronicznej: e-mail: poczta@gops.gmina-lubartow.pl

Adres stron internetowych: <http://gops.gmina-lubartow.pl/>

Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia [URL]:

<https://gopslubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=53>

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: **Dostawa sprzętu i wyposażenia do Klubów Seniora w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów”**.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 29.08.2022 r i 31.08.2022 r., wraz z udzielonymi odpowiedziami:**

Zapytanie nr 1:

Dotyczy: Część 11 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści wagę ze wzrostomierzem w zakresie pomiaru 60-210 cm?

Odpowiedź na zapytanie nr 1 :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SWZ (SOPZ). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Zapytanie nr 2

W związku z chęcią wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

Dotyczy: Łóżko rehabilitacyjne

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stałym leżem regulowanym elektrycznie w zakresie 38,5cm - 40,5 cm?

Dotyczy: Nakładka przeciwoleżynowa

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną nakładkę o poniższych parametrach:

- Mata przeciwoleżynowa stosowana w profilaktyce przeciwoleżynowej
- Wykonana z siatki 3D, zapewnia stałą cyrkulację powietrza,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Duża elastyczność oraz odporność na odkształcenia.
- Za pomocą gumowych taśm można stabilnie przymocować podkład do materaca.
- Grubość maty: od 7 do 8mm
- Rozmiary do wyboru:
 - 90cm x 80cm,
 - 200 cm x 80 cm.
- Wyrób medyczny

Dotyczy: Przenośny Koncentrator tlenu

Z racji problemu z dostępnością opisanego przez Zamawiającego koncentratora prosimy o dopuszczenie jako równoważnego koncentratora tlenu o poniższych parametrach: *Dane techniczne:*

- Przepływ: 1-5 L/min
- Stężenie O₂: > 90%±3%(1LPM)
- Rozmiar: 245x181x365(mm)
- Waga: ok. 5.4kg
- Pobór mocy: średnio poniżej 90 W
- Napięcie: AC220V±22V,50Hz±1Hz/AC110V±15V,60Hz±1Hz
- Poziom hałasu: poniżej 40 dB
- Czas pracy akumulatora wynosi 45 minut przy pełnym naładowaniu
- Czas pracy przy zasilaniu do 12 godzin, następnie przerwa 30 min

Zestaw zawiera:

- Koncentrator tlenu
- Ładowarka
- Bateria litowo-jonowa
- Przetwornica samochodowa AC/DC
- Filtr HEPA wewnątrz urządzenia
- Kaniula nosowa
- Butelka nawilżacza
- Torba transportowa
- Wózek

Dotyczy: Koncentrator tlenu:

Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu, który zamiast pilota posiada panel sterowania? Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami

Dotyczy: Koncentrator tlenu

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny koncentrator tlenu o poniższych parametrach:

Cechy urządzenia:

- wyświetlacz LCD;
- nebulizator;
- systemy alarmowe;
- sterowany pilotem
- kompaktowe wymiary i niska waga;
- *cicha praca.* Dane techniczne
- Zasilanie AC: 220+/-22V, 50+/-1Hz
- Pobór mocy: 400VA
- Strumień wyjściowy: 0,5-5l/min
- Ciśnienie wyjściowe: 40-70kPa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Stężenie tlenu: 93%+3%
- Poziom hałas: <52dB
- Wymiary: 500x390x245 mm
- Waga: ok. 15,5 kg

Dotyczy: Apteczka

Czy Zamawiający wymaga dostawy apteczki z wyposażeniem czy bez? Jeśli Zamawiający wymaga dostawy apteczki z wyposażeniem prosimy o podanie wymaganych elementów wyposażenia.

Dotyczy: Defibrylator

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o temperaturze przechowywania w zakresie od 0 do 50 st C?

Dotyczy: Defibrylator

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego defibrylatora o poniższych parametrach:

- Wymiary: 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm,
- Waga: 3,1 kg,
- Zasilanie: Baterie z możliwością wymiany przez użytkownika
- Temperatura pracy: Od 0° do 50 °C,
- Temperatura przechowywania: Od -30° do 70 °C,
- Wilgotność: 10 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji,
- Zanieczyszczenie kurzem i wodą: IP-55,
- Kształt fali: Prostoliniowy dwufazowy,
- Czas utrzymywania naładowania defibrylatora: 30 sekund,
- Wybór energii: Wybór automatyczny, wstępnie zaprogramowany (dorośli: 120J, 150J, 200J, tryb pediatryczny: 50J, 70J, 85J),
- Bezpieczeństwo pacjenta: Wszystkie połączenia pacjenta są izolowane,
- Czas ładowania: Poniżej 10 sekund przy nowych bateriach,
- Czas od pierwszej analizy rytmu do naładowania i gotowości do defibrylacji - nie dłuższy niż: z bateriami nowymi: 12 sekund, z bateriami po wykonaniu 15 defibrylacji z energią 200J: 13 sekund.
- Czas od włączenia urządzenia do naładowania i gotowości do defibrylacji z maksymalną energią - nie dłuższy niż: 22,6 sekundy,
- Wbudowany autotest defibrylatora
- 7 lat gwarancji na defibrylator,
- okres trwałości elektrod i baterii 5 lat,

Zestaw zawiera:

- półautomatyczny defibrylator AED:
 - z funkcją doradcy RKO (mierzy tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej),
 - z elektrodami,
- * możliwość podłączenia elektrod pediatrycznych,

Dotyczy: Defibrylator

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego defibrylatora o poniższych parametrach:

- Urządzenie medyczne
- Polecenia głosowe w języku polskim
- Dwufazowa fala defibrylacyjna
- Baterie zintegrowane z elektrodami

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- Wyposażenie w wskaźniki wizualne wspierające komendy głosowe, podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej
- Algorytm postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
- Certyfikat CE
- Gwarancja producenta na defibrylator 8 lat
- Bateria zintegrowana z elektrodami z 4 letnią gwarancją na cały element.
- Wodoodporność: IEC 60529/EN 60529 IP56
- Wstrząs: MIL STD 810F Metoda 516.5, Procedura I (40G)
- Temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C
- Zakres temperatury pracy od 0 do 50st. C
- Metronom , system kontroli uciśnień klatki piersiowej komunikaty głosowe i wizualne na wyświetlaczu.
- Waga ok. 1,2 kg
- Automatyczna analiza, EKG, nadzór defibrylacji
- Dwa różne moduły dla dorosłych i dzieci których używa się w zależności od potrzeby.
- Wbudowany autotest defibrylatora
- W zestawie znajduje się: elektrody samoprzylepne ze zintegrowaną baterią (dla dorosłych), , torba transportowa, instrukcja obsługi, zestaw: maseczka, nożyczki, golarka, gaza, środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, koc termiczny.
- *Opcja: możliwość dokupienia elektrod samoprzylepnych ze zintegrowaną baterią dla dzieci

Dopuszczenie proponowanych przez nas rozwiązań, w żadnym stopniu nie wpłynie na obniżenie funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego, a umożliwi jedynie złożenie oferty opartej na dostępnych rozwiązaniach technicznych.

Odpowiedź na zapytanie nr 2 :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SWZ (SOPZ). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie określa elementów wyposażenia apteczki.

B. Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00318027/01 z dnia 2022-08-24, nie powodują zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz nie powodują zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**Kierownik Ośrodka
/ - / Jolanta Gryzio**